MyGo Quant Validierungs-Kit

Beschreibung

Der **MyGo Quant** ist ein Testkit zur Überprüfung der optischen und thermischen Präzision von **MyGo** qPCR-Cyclern. Der Test ist leicht durchzuführen und benötigt keine weiteren Reagenzien.

Versand und Lagerung

Ungeöffnet und bei Raumtemperatur gelagert hat der **MyGo Quant-Kit** eine Haltbarkeit von 12 Monaten. Wurde der Kit geöffnet, muss er bei 4°C gelagert und innerhalb von 12 Stunden aufgebraucht werden.

Inhalt

Komponenten	Deckelfarbe
1 x MyGo Pufferlösung	klar
1 x MyGo Sonden-Mastermix	schwarz (Glasröhrchen)
1 x DNA Verdünnungsstufe 1	rot
1 x DNA Verdünnungsstufe 2	gelb
1 x DNA Verdünnungsstufe 3	grün
1 x DNA Verdünnungsstufe 4	blau
1 x Negativkontrolle (NTC)	schwarz

Produkt	Artikelnummer
MyGo Quant Validierungs-Kit (48 Reaktionen)	102.1515
MyGo Quant Validierungs-Kit (48 Reaktionen) 10er-Pack	102.1520

LG 018 D 04/2017 Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten.

LTF Labortechnik GmbH & Co. KG • Hattnauer Straße 18 • D-88142 Wasserburg/Bodensee • Tel. +49 (0) 83 82 / 98 52-0 • Fax +49 (0) 83 82 / 98 52-32
info@labortechnik.com • www.labortechnik.com